UDO HEISIG GMBH
THE DISPOSABLES COMPANY

# STERINORM® Sac avec couture au fond

STERILE R

**Usage conforme :** Gaine stérile pour recouvrir les appareils pendant la durée d'une utilisation

## 1




La personne stérile plie, au niveau de l'ouverture du sac, une enveloppe (1) et place les deux mains à l'intérieur de l'enveloppe.

## 2




Grâce à l'ouverture élargie, enfiler le sac par-dessus l'appareil (2).

## 3

L'appareil est entièrement recouvert de la gaine.

## 4



Date: 2023-02-13

Version: **P0157 FR Rev01**

**UDO HEISIG GMBH**
THE DISPOSABLES COMPANY

Hermann-Oberth-Str. 17
85640 Putzbrunn
Bavière / Allemagne

Direction:
Udo Heisig, Carmen Silies
AG München, HRB 82813

Tél. +49 89 / 46 23 92 - 0
Télécopie +49 89 / 46 23 92 - 28
info@heisig.de | www.heisig.de

CE 0197

**TENIR COMPTE DES MISES EN GARDE AU VERSO**

| VARIANTES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STERINORM® Sac avec couture au fond** | **REF 30045** | **REF 30065** | **REF 30085** | **REF 30160** | **REF 30180** | **REF 30200** | **REF 30250** |
| Dimension | 800 x 450 mm | 800 x 650 mm | 800 x 850 mm | 1000 x 600 mm | 1000 x 800 mm | 1000 x 1000 mm | 1000 x 1500 mm |
| Une spécification détaillée du produit est disponible sur demande. | | | | | | | |

## MISES EN GARDE et INFORMATIONS IMPORTANTES

Ne pas utiliser en cas de perte de stérilité ou si l'emballage est endommagé

**ATTENTION : ne pas utiliser de produits endommagés !**

Non réutilisable

Ne pas restériliser

**ATTENTION : ne doit pas être réutilisé** en raison d'un risque que les performances requises ne soient pas assurées et que le patient soit infecté .

**ATTENTION :** le mode d'emploi **n'est valable que pour les produits ci-joints .**

**ATTENTION :** ouvrir le sachet pelable au niveau de la **couture supérieure !**

Conserver au sec

Conserver à l'abri de la lumière solaire

**ATTENTION :** l'utilisation d'un couvercle d'appareil **peut nuire à la qualité de l'image !**

**ATTENTION: Les ouvertures d'aération ne doivent en aucun cas être recouvertes !** Risque de surchauffe si les appareils sont recouverts.

**ATTENTION :** Ne s'appliquer que par un **professionnel de santé !**

**ATTENTION :** Tout **incident grave** lié au produit est signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi .

## AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

STERILE R — Stérilisé par irradiation

Date limite d'utilisation

LATEX — Sans latex

www.heisig.de — Suivez le mode d'emploi. Le mode d'emploi actuel peut être téléchargé sur **www.heisig.de**

1 — Nombre d'unités de consommation par sachet pelable

000 — Numéro personnel du collaborateur chargé de la fabrication

LOT / LOT — Numéro de lot AAMM0123

Fabricant

50x1 — Nombre de sachets pelables par carton

Date de fabrication

REF 00000 / REF 00000 — Référence de la pièce

PZN: 0000000 — Numéro central pharmaceutique

CE 0197 — Le produit est conforme aux exigences légales en vigueur pour les dispositifs médicaux. Le fabricant est contrôlé par l'organisme notifié portant le numéro 0197.

MD — Dispositif médical

Système barrière *stérile* simple

Système barrière *stérile* simple avec emballage de protection extérieur

04 PE-LD — Respectueux de l'environnement en cas d'élimination appropriée. Aucun gaz toxique n'est produit lors de l'incinération. Mise à la décharge sans risque de pollution des eaux souterraines.

**UDO HEISIG GMBH** THE DISPOSABLES COMPANY | Hermann-Oberth-Str. 17 85640 Putzbrunn Bavière / Allemagne | Direction: Udo Heisig, Carmen Silies AG München, HRB 82813 | Tél. +49 89 / 46 23 92 - 0 Télécopie +49 89 / 46 23 92 - 28 info@heisig.de | www.heisig.de

UDO HEISIG GMBH THE DISPOSABLES COMPANY